

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 25.03.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - Hepatitis-C-Virus Programm 1 (362):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

HCV (RNA) - quantitativ (R: B3)

HCV (RNA) - qualitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

236

Waltraud Malms-Fleschenberg

MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund

Düsseldorf, 21.04.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 25.03.2022

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Virusgenom-Nachweis - Hepatitis-C-Virus Programm 1 (362):

HCV (RNA) - quantitativ (R: B3)

HCV (RNA) - qualitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:

236

Waltraud Malms-Fleschenberg

MVZ Dortmund

Dr. Eberhard & Partner

Brauhausstr. 4

44137 Dortmund

Düsseldorf, 21.04.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

236: Waltraud Malms-Fleschenberg
MVZ Dortmund
Dr. Eberhard & Partner

Ringversuch vom 25.03.2022

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
Institut für Qualitätssicherung in der
Virusdiagnostik - IQVD
Potsdamer Chaussee 80
14129 Berlin


Tel.: +49 30 8105 4300
Fax: +49 30 8105 4303
Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

362

Virusgenom-Nachweis - Hepatitis-C-Virus Programm 1

HCV (RNA) - quantitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller				
Aptima HCV Quant Dx assay	IU/ml	PCR / NAT (395)	HOLOGIC (HZ)				
Ergebnis (quant)	Probe	Ihr Wert	untere Grenze	obere Grenze	ZW-Art	Zielwert	Kriterien erfüllt
	362189	678	201	3193	SW	802	+
	362190	19403	5472	86720	SW	21783	+
	362191	2223	625	9905	SW	2488	+
	362192	0.000	0.000	0.000	SW	0.000	+



HCV (RNA) - qualitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller				
Aptima HCV Quant Dx assay		PCR / NAT (395)	HOLOGIC (HZ)				
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)		ZW-Art		Kriterien erfüllt
	362189	positiv (3)	positiv (3)		SW		+
	362190	positiv (3)	positiv (3)		SW		+
	362191	positiv (3)	positiv (3)		SW		+
	362192	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)		SW		+