

Ringversuch: PH1/24  
im Monat: Februar 2024  
Teilnehmer-Nr.: 0000067  
ausgestellt am: 10.02.24



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund  
Dr. A. Eberhard und Partner  
Brauhausstr. 4  
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 12. April 2024

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch zur Photometerkontrolle teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Wellenlängen erfüllt:

334,1 nm	(1)	340,0 nm	(1)	365,4 nm	(1)
404,7 nm	(1)	546,1 nm	(1)	560,0 nm	(1)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Februar 2025.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/cg/certificate?nr=0000067&rv\\_id=PH241&version=0&uid=21768E6CDD4E18A601546277F09B27](http://www.rfb.bio/cg/certificate?nr=0000067&rv_id=PH241&version=0&uid=21768E6CDD4E18A601546277F09B27)