

Ringversuch: PH1/23  
im Monat: Februar 2023  
Teilnehmer-Nr.: 0000067  
ausgestellt am: 11.02.23



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund  
Dr. A. Eberhard und Partner  
Brauhausstr. 4  
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 3. April 2023

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch zur Photometerkontrolle teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Wellenlängen erfüllt:

334,1 nm	(1)	340,0 nm	(1)	365,4 nm	(1)
404,7 nm	(1)	546,1 nm	(1)	560,0 nm	(1)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Februar 2024.

*W. Kohse* *A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=0000067&rv\\_id=PH231&version=0&uid=C46A8614955F4987A082C2DFF19B949](http://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=0000067&rv_id=PH231&version=0&uid=C46A8614955F4987A082C2DFF19B949)